



Município de Lagoa Formosa  
Secretaria Municipal de Saúde  
Praça Dona Filomena, 02 - centro  
38720-000 - Lagoa Formosa - Minas Gerais

ATA DE ABERTURA  
PREGÃO PRESENCIAL 064/2018 - PROCESSO 116/2018



**Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para serem utilizados na Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde de Lagoa Formosa/MG, conforme termo de compromisso nº 3137501712260958473.**


Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, reuniu-se a Pregoeira Ana Caroline Santos Magalhães e Membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria Nº. 031/2018 de 02 de fevereiro de 2018, para receber, examinar e julgar todos os procedimentos relativos à licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 063/2018, cujo objeto é a **Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para serem utilizados na Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde de Lagoa Formosa/MG, conforme termo de compromisso nº 3137501712260958473.** A Pregoeira declarou aberta a sessão e solicitou as credenciais dos representantes presentes. Apresentou os envelopes 01 e 02, devidamente lacrados: **DENTAL ALA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, representada pelo Sr. Luiz Carlos Carvalho, **LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, representada pelo Sr. Jean marcos de Oliveira Soares, **2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, representada por Leonardo Luciano Ferreira, **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, representada por Roberto Honório da Costa, **ROSILENE VIEIRA LOPES**, representada pelo Sr. Paulo Tadeu Porto do Carmo. A empresa **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA** enviou os envelopes 01 e 02 pelo Correios. Passou-se então para a abertura do envelope nº. 01 - Proposta de Preço. Após análise das propostas apresentadas, as empresas foram classificadas conforme dispõe o edital. As empresas **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA** e **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP** foram desclassificadas do item 6 por não atender à descrição quanto a temperatura. A empresa **ROSILENE VIEIRA LOPES**, foi desclassificada do item 2 quanto ao fluxo de ar. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira declara as licitantes vencedoras do certame, **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**, **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, **ROSILENE VIEIRA LOPES**, **LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**. Os representantes das empresas **DENTAL ALA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** e **2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** deixaram a sessão antes da abertura do envelope de documentação. Após análise da documentação, verificou-se que as empresas encontram-se devidamente habilitadas conforme o Edital. Os representantes presentes na sessão concordam com a decisão da Pregoeira, e renunciam expressamente ao direito de interpor recursos quanto à fase de julgamento e habilitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão, e os proponentes presentes.

Lagoa Formosa, 28 de Novembro de 2018.

  
Ana Caroline Santos Magalhães  
Pregoeira

  
Membros:

  
Publicado em 28 / 11 / 18  
Conforme Art. 84, § 1º da LOM  




<b>Seq.</b>	<b>Cod. Material / Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1,000 un</b>
1	31.470 APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL ARTICULADO E MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL E CONECTADO COM CABO ESPIRALADO COM TENSÃO MÍNIMA DE 7ma, RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO PARA QUE POSSA GARANTIR MAIOR FUNCIONALIDADE. O PAINEL DE COMANDO DEVE POSSUIR DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, A FIM DE PERMITIR A SELEÇÃO DO TEMPO E EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA E SENSOR DIGITAL. BIVOLT. DEVE POSSUIR SINAIS SONOROS E INDICATIVO DO DISPARO DOS RAIOS X, ALÉM DE LEVEZA E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS. A GARANTIA DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES E O APARALHO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	<b>Marca:</b>	PROCION

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Médio Cotado</b>	<b>Valor Economizado</b>	<b>Economia</b>	<b>Valor Total</b>
3.641 PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.432,000	8.133,33	3.701,33	45,51%	4.432,000

<b>Seq.</b>	<b>Cod. Material / Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1,000 un</b>
2	27.672 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - DEVE DISPENSAR O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; DEVE POSSUIR CABEÇOTE DUPLO COM 2 MOTORES E 2 PISTÕES CADA, COM NO MÍNIMO 1,0 HP; DEVE VIR COM PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO E FILTRO DE SAÍDA DE AR ADEQUADO PARA NO MÍNIMO 2 CONSULTÓRIOS; A PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO DEVE SER ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE MÍNIMA DE 65 LITROS; FLUXO DE AR: APROX 424 LITROS/MIN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.	<b>Marca:</b>	FIAC

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Médio Cotado</b>	<b>Valor Economizado</b>	<b>Economia</b>	<b>Valor Total</b>
2.601 LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.300,000	7.500,00	3.200,00	42,67%	4.300,000

<b>Seq.</b>	<b>Cod. Material / Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1,000 un</b>
3	25.891 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTA DENSIDADE DE LUZ, COM ATÉ 1200 MW/CM2, COMPRIMENTO DE ONDA IDEAL: 420 NM - 480 NM, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA 100% - TRANSMISSÃO DE LUZ SEM PERDAS, BAIXA GERAÇÃO DE CALOR A FIM DE EVITAR AQUECIMENTO DA PONTEIRA, SEM RUÍDO, DIVERSAS OPÇÕES DE FOTO ATIVAÇÃO - MODO CONTÍNUO (TRADICIONAL), RAMP (SELF-START) E PULSADO, TIMER COM 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. PONTEIRA AUTOCLAVÁVELA 134°C - FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. BATERIA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TIPO LED, LEVE, ERGONÔMICO, SEM FIO, SEM RADIOMÉTRICO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E TRANSPORTE - CONFORTO PARA PROFISSIONAL E PARA PACIENTE, MÍNIMO DE 12 MESES DE GARANTIA. APARELHO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA.	<b>Marca:</b>	NEW BLUESTAR

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Médio Cotado</b>	<b>Valor Economizado</b>	<b>Economia</b>	<b>Valor Total</b>
2.280 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	382,340	1.183,33	800,99	67,69%	382,340

*[Handwritten signatures]*



Município de Lagoa Formosa  
Secretaria Municipal de Saúde  
Praça Dona Filomena, 02 - centro  
38720-000 - Lagoa Formosa - Minas Gerais

ATA DE ABERTURA  
PREGÃO PRESENCIAL 064/2018 - PROCESSO 116/2018


**Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para serem utilizados na Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde de Lagoa Formosa/MG, conforme termo de compromisso nº 3137501712260958473.**


Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, reuniu-se a Pregoeira Ana Caroline Santos Magalhães e Membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria Nº. 031/2018 de 02 de fevereiro de 2018, para receber, examinar e julgar todos os procedimentos relativos à licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o nº. 063/2018, cujo objeto é a **Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para serem utilizados na Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde de Lagoa Formosa/MG, conforme termo de compromisso nº 3137501712260958473.** A Pregoeira declarou aberta a sessão e solicitou as credenciais dos representantes presentes. Apresentou os envelopes 01 e 02, devidamente lacrados: **DENTAL ALA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, representada pelo Sr. Luiz Carlos Carvalho, **LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, representada pelo Sr. Jean marcos de Oliveira Soares, **2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, representada por Leonardo Luciano Ferreira, **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, representada por Roberto Honório da Costa, **ROSILENE VIEIRA LOPES**, representada pelo Sr. Paulo Tadeu Porto do Carmo. A empresa **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA** enviou os envelopes 01 e 02 pelo Correios. Passou-se então para a abertura do envelope nº. 01 - Proposta de Preço. Após análise das propostas apresentadas, as empresas foram classificadas conforme dispõe o edital. As empresas **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA** e **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP** foram desclassificadas do item 6 por não atender à descrição quanto a temperatura. A empresa **ROSILENE VIEIRA LOPES**, foi desclassificada do item 2 quanto ao fluxo de ar. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira declara as licitantes vencedoras do certame, **EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**, **PATOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP**, **ROSILENE VIEIRA LOPES**, **LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**. Os representantes das empresas **DENTAL ALA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** e **2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** deixaram a sessão antes da abertura do envelope de documentação. Após análise da documentação, verificou-se que as empresas encontram-se devidamente habilitadas conforme o Edital. Os representantes presentes na sessão concordam com a decisão da Pregoeira, e renunciam expressamente ao direito de interpor recursos quanto à fase de julgamento e habilitação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão, e os proponentes presentes.

Lagoa Formosa, 28 de Novembro de 2018.

  
Ana Caroline Santos Magalhães  
Pregoeira

  
Membros:

  
Publicado em 28/11/18  
Conforme Art. 84, § 1º da LOM



<b>Seq.</b>	<b>Cod. Material / Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	1,000 un
1	31.470 APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL ARTICULADO E MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL E CONECTADO COM CABO ESPIRALADO COM TENSÃO MÍNIMA DE 7ma, RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO PARA QUE POSSA GARANTIR MAIOR FUNCIONALIDADE. O PAINEL DE COMANDO DEVE POSSUIR DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, A FIM DE PERMITIR A SELEÇÃO DO TEMPO E EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA E SENSOR DIGITAL. BIVOLT. DEVE POSSUIR SINAIS SONOROS E INDICATIVO DO DISPARO DOS RAIOS X, ALÉM DE LEVEZA E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS. A GARANTIA DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES E O APARALHO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	<b>Marca:</b>	PROCION

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Médio Cotado</b>	<b>Valor Economizado</b>	<b>Economia</b>	<b>Valor Total</b>
3.641 PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.432,000	8.133,33	3.701,33	45,51%	4.432,000


<b>Seq.</b>	<b>Cod. Material / Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	1,000 un
2	27.672 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - DEVE DISPENSAR O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; DEVE POSSUIR CABEÇOTE DUPLO COM 2 MOTORES E 2 PISTÕES CADA, COM NO MÍNIMO 1,0 HP; DEVE VIR COM PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO E FILTRO DE SAÍDA DE AR ADEQUADO PARA NO MÍNIMO 2 CONSULTÓRIOS; A PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO DEVE SER ANTIOXIDANTE; CAPACIDADE DO TANQUE MÍNIMA DE 65 LITROS; FLUXO DE AR: APROX 424 LITROS/MIN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.	<b>Marca:</b>	FIAC

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Médio Cotado</b>	<b>Valor Economizado</b>	<b>Economia</b>	<b>Valor Total</b>
2.601 LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.300,000	7.500,00	3.200,00	42,67%	4.300,000

<b>Seq.</b>	<b>Cod. Material / Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	1,000 un
3	25.891 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTA DENSIDADE DE LUZ, COM ATÉ 1200 MW/CM2, COMPRIMENTO DE ONDA IDEAL: 420 NM - 480 NM, PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA 100% - TRANSMISSÃO DE LUZ SEM PERDAS, BAIXA GERAÇÃO DE CALOR A FIM DE EVITAR AQUECIMENTO DA PONTEIRA, SEM RUÍDO, DIVERSAS OPÇÕES DE FOTO ATIVAÇÃO - MODO CONTÍNUO (TRADICIONAL), RAMP (SOLF-START) E PULSADO, TIMER COM 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. PONTEIRA AUTOCLAVÁVELA 134°C - FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. BATERIA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TIPO LED, LEVE, ERGONÔMICO, SEM FIO, SEM RADIOÔMETRO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E TRANSPORTE - CONFORTO PARA PROFISSIONAL E PARA PACIENTE, MÍNIMO DE 12 MESES DE GARANTIA. APARELHO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA.	<b>Marca:</b>	NEW BLUESTAR

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Médio Cotado</b>	<b>Valor Economizado</b>	<b>Economia</b>	<b>Valor Total</b>
2.280 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	382,340	1.183,33	800,99	67,69%	382,340

*du* *R* *Blunier*



**Seq. Cod. Material / Serviço**

5 27.693 MOCHO COM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO FEITO POR ALAVANCA INDEPENDENTE; CINCO RODÍZIOS DUPLOS, FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO; ENCOSTO OSCILANTE COM MOVIMENTOS REGULÁVEIS DE AFASTAMENTO E APROXIMAÇÃO, ESTOFAMENTO CÔNCAVO; ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSO, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ANTERIOR ARREDONDADA; ASSENTO E ENCOSTO GIRATÓRIOS; ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADO E REVESTIDO COM PERFIL DE PVC EXPANDIDO; PVC FLEXÍVEL COM FORRO EXTRA, COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA ATRAVÉS DO USO DE PRATA COLOIDAL. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Quantidade 1,000 un

Marca: SHOPFISIO

Fornecedor		Valor Unitário	Valor Médio Cotado	Valor Economizado	Economia	Valor Total
2.601	LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	270,000	550,00	280,00	50,91%	270,000

**Seq. Cod. Material / Serviço**

27.745 SELADORA - APLICAÇÃO EM GRAU CIRÚRGICO. SELAGEM E IMPRESSÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO. SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA DE ALTA PRODUÇÃO, COM IMPRESSÃO DA DATA EM TINTA, CONTROLE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE DA ESTEIRA, PARA UMA MELHOR SELAGEM. ACOMPANHADA DE ESTOJO COM 3 NÚMEROS DE CADA DO 0 AO 9 E AS LETRAS F - L - V. POTÊNCIA MÍNIMA DE : 600W; LARGURA DA SELAGEM: 10MM. COMPRIMENTO DA SELAGEM: SEM LIMITE. CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. CONTROLE DE CALOR: DE 0 Á 400°C. CAPACIDADE MÁXIMA DA ESTEIRA: 5KG. LARGURA DA ESTEIRA: 160 MM. IMPRESSÃO: EM TINTA INKROLL (DATA EMBALAGENS DE QUALQUER ESPESSURA) COM 20 NÚMEROS DE CARACTERES POR IMPRESSÃO. PESO APROXIMADO: 25KG. DIMENSÕES APROXIMADA DA MÁQUINA: 1060 X 420 X 380 MM. REGULAGEM DA ESTEIRA: PARA AJUSTAR AO TAMANHO DA EMBALAGEM. POSSUI VENTOINHA: PARA O RESFRIAMENTO DAS EMBALAGENS. VOLTAGEM 127W. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade 1,000 un

Marca: REGISTRON

Fornecedor		Valor Unitário	Valor Médio Cotado	Valor Economizado	Economia	Valor Total
2	ROSILENE VIEIRA LOPES	3.780,000	4.133,33	353,33	8,55%	3.780,000

Valor Total Economizado 8.335,66  
 Economia Total 38,77 %



ITENS DESERTOS

Seq.	Item	Descrição completa
1	27.701	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA, CHAVE SELETORA DO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO, CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM E CHAVE DE REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA; TANQUE DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO E REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM; TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO, DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR OU DOIS TRANSDUTORES, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ACOMPANHAM TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO COM TAMPAS TRANSPARENTES; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CAPAS DO ULTRASSOM, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO BIOCIDA; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; PEDALÚNICO DE ACIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRADO NA ANVISA.

Situação : ITEM DESERTO

2	27.733	JATO DE BICARBONATO - APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA, CHAVE SELETORA DO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO, CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM E CHAVE DE REGULAGEM DA BOMBA PERISTÁLTICA; TANQUE DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO E REMOVÍVEL; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM; TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO, DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR OU DOIS TRANSDUTORES, REMOVÍVEIS, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ACOMPANHAM TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO COM TAMPAS TRANSPARENTES; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CAPAS DO ULTRASSOM, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO E MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO BIOCIDA; FILTRO DE AR PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR; PEDALÚNICO DE ACIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRADO NA ANVISA.
---	--------	--

Situação : ITEM DESERTO

Total de Itens Desertos : 2  
Total de Itens Desclassificados : 0



Resultado do Mapa de Apuração global do Processo de Licitação 000116/2018

Fornecedor

Valor

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

382,34

ROSILENE VIEIRA LOPES

3.780,00

PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME

4.432,00

LICITAPATOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

4.570,00

Total da Licitação

13.164,34